

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua máy Monitor sản khoa phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về việc quản lý Trang thiết bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-KD ngày 19/6/2023 về việc xin phê duyệt dự toán và kế hoạch mua máy Monitor sản khoa phục vụ công tác chuyên môn tại TTYT huyện Cam Lâm và đã được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật TTYT Cam lâm ngày 20/6/2023.

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-YTCL ngày 17/5/2023 của Trung tâm Y tế Cam Lâm về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch: Mua máy Monitor sản khoa phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;

Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-TCG ngày 27/6/2023 của Tổ chuyên gia về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua máy Monitor sản khoa phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;

Căn cứ Báo cáo số 20/BC-TTĐ ngày 29/6/2023 của Tổ Thẩm định về việc báo cáo thẩm định xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua máy Monitor sản khoa phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Cam Lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua máy Monitor sản khoa phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Cam Lâm, cụ thể như sau:

- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế Huyện Cam Lâm.
- Địa điểm thực hiện: Đường Cù Chính Lan, Bãi Giếng Trung, TT Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ đầu tư phát triển của Trung tâm.
- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2023.
- Danh mục hàng hóa cần mua sắm:

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Monitor sản khoa	MÁY THEO DÕI SẢN KHOA * Xuất xứ: Các nước G8 * Thông số kỹ thuật: + Doppler nghe nhịp tim thai - Đầu dò tim thai với chất liệu pha lê - Doppler xung - Tần số doppler: 2.0 Mhz - Cường độ: < 10 mw/cm2 - Dải nhịp tim thai FHR: 50 – 240 nhịp/phút - Cấp chính xác FHR: 0.5% - Hai kênh Doppler - Chống thấm nước (IPx7) + Con gò tử cung, UC. - Kiểu bên ngoài - Đáp ứng tần số: DC tới 0,5 Hz - Chỉ dẫn/điều chỉnh điểm không - Dải đo: 0 – 90 đơn vị - Chống thấm nước (IPx7) + Điện tim thai nhi, FECG (lựa chọn thêm). - Dải FHR: 50 – 240 nhịp/phút - Trở kháng vào: > 10Ω - Dòng dò: < 0,04 uA/V tại tần số 50/60 Hz + Chuyển động thai nhi, FM. - Phương pháp phát hiện ion: Siêu âm	Máy	01

	<ul style="list-style-type: none"> - Hai kênh FM + AST (Mô phỏng âm thanh : lựa chọn thêm) - Tính năng rung đánh thức thai nhi + Màn hình hiển thị: - Màn hình màu LCD kích thước lớn 7 inch - Độ phân dải 480x234 - Hiển thị nhịp tim thai - Hiển thị trạng thái đang in - Tốc độ ghi: 1, 2, 3 cm/ phút - Tự động in: 10, 20, 30, 40, 50, 60 cm/ phút - Hiển thị trạng thái pin, nguồn - Hiển thị trạng thái bật/ tắt báo động + Âm thanh. - Nguồn âm Doppler có điều chỉnh âm lượng - Âm thanh HR - Có nút điều chỉnh âm lượng - In kết quả - Lỗi đầu dò - Pin yếu - Giới hạn cao, thấp của DOP I, DOP II, FECG + Máy in. - Máy in cuộn nhiệt - Tốc độ ghi: 1,2,3 cm/phút - Độ tương phản ghi: chế độ 1, 2, 3 - Chu kỳ ghi tự động: 0,10,20,30,40,50,60 phút + Cài đặt - Báo động giá trị cao/ thấp - Ngày, giờ - Độ tương phản in: 1,2,3 - Ngôn ngữ: Anh, Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha + Hướng: 24 giờ + Chức năng - Đa màn hình: 3 loại - Chức năng MARK (đánh dấu) - Freeze, tham chiếu UC - Phóng to + Giao diện. - Giao diện kết nối Ethenet 		
--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> + Đặc tính môi trường - Nhiệt độ hoạt động: 10 ~ 450C - Nhiệt độ bảo quản: -10 ~ 500C - Độ ẩm hoạt động: Tối đa 35~80%, không ngưng tụ - Độ ẩm bảo quản: Tối đa 20~90%, không ngưng tụ - Áp suất hoạt động: 70~106KPa + Nguồn hoạt động - Nguồn: 100-240VAC, 50/60Hz, khoảng 80 VA - Đầu ra: DC +15V, 3.0A - Sử dụng pin sạc Li-ion: +11.1V, 4.400mAh 		
--	--	--	--	--

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Phân công việc đã thực hiện:

ST T	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Giá trị (Đồng)	Văn bản phê duyệt
01	Thẩm định giá	Phòng Tài chính - Kế toán	0	QĐ số 267/QĐ-YTCL ngày 21/6/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm
TỔNG CỘNG			0	

2. Phân kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (Kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
01	Mua máy Monitor sản khoa phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh	63.000.000	Nguồn quỹ đầu tư phát triển của Trung tâm	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 7 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
TỔNG CỘNG		63.000.000						

Điều 2: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Tổ Chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (VBĐT);
- Tuấn, Khoa Dân số (VBĐT, đăng tải website);
- Hiền (VBĐT, đăng tải cổng đầu thầu quốc gia);
- Lưu:VT, Tổ chuyên gia (Huê).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trí