

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm
Gói thầu: Mua Bình bốc hơi Sevoflurane phục vụ công tác chuyên môn
tại Trung tâm Y tế Cam Lâm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về việc quản lý Trang thiết bị;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/ NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 02/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 3490/SYT-NVYD ngày 16/8/2024 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc hướng dẫn mua sắm thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, hàng hóa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật ngày 22/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-YTCL ngày 16/5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm về việc phê duyệt dự toán mua Bình bốc hơi Sevoflurane phục vụ công tác chuyên môn năm tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;

Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-TCG ngày 02/6/2025 của Tổ Chuyên gia về việc tờ trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm Gói thầu: Mua Bình bốc hơi Sevoflurane phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 20/BC-TTĐ ngày 10/6/2025 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: Mua Bình bốc hơi Sevoflurane phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua Bình bốc hơi Sevoflurane phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam Lâm với nội dung chi tiết:

- Phụ lục 1: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: mua Bình bốc hơi Sevoflurane phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam Lâm. *(đính kèm Phụ lục)*

- Phụ lục 2: Danh mục Trang thiết bị *(đính kèm Phụ lục)*

Điều 2. Giao khoa Dược-TTB&VTYT, phòng Tài chính - Kế toán và Tổ Chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Khoa Dược-TTB&VTYT, phòng Tài chính - Kế toán và Tổ Chuyên gia của Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Khoa Dân số: Tuân, đăng tải Website;
- Khoa Dược: Ds Thủy, đăng tải Cổng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT, TCG (Huê).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trí

Phụ lục 2
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

(Đính kèm Quyết định số 285/QĐ-YTCL ngày 12 /6/2025 của Trung tâm Y tế Cam Lâm)

STT	Tên Trang thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
01	Bình bốc hơi thuốc gây mê	- Sử dụng được cho Máy gây mê kèm thở Drager ADS II - Loại bình: Bốc hơi Sevoflurane - Có thể sử dụng cho môi trường MRI và có khả năng vận chuyển - Nồng độ thuốc mê : Sevoflurane 0.2 - 8% - Dải nhiệt độ hoạt động: 10 đến 40° C - Lưu lượng bốc hơi: 0.15 - 15 l/phút - Thể tích bình bốc hơi: ≥ 360 ml - Thể tích thuốc châm mới: Tối đa 260 ml - Góc nghiêng cho phép trong quá trình hoạt động: 30⁰ - Đạt một trong các tiêu chuẩn: CE, ISO, TCCS	Cái	01